

Pregão Eletrônico

987961.182021 .1871 .4683 .29238000



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00018/2021

Às 08:30 horas do dia 06 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 050/2021 de 29/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 050-2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ventilador pulmonar para o hospital municipal referente a resolução SESA,497/2017 onde institui o incentivo de equipamentos de urgência para a Rede Paraná Urgência na modalidade Fundo a Fundo. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: VENTILADOR NÃO INVASIVO

Descrição Complementar: VENTILADOR NÃO INVASIVO, TIPO* BIPAP, APLICAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO, MODOS VENTILAÇÃO SENSÍVEL A PRESSÃO E/ OU FLUXO, FAIXA DE PRESSÃO CERCA DE 4 A 30 CMH20, COMPONENTE 1 RAMPA, COMPONENTE 2 COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO, COMPONENTE 4 ALARME, DADOS PROCESSADOS CARTÃO DADOS, ADICIONAL FILTROS, ADICIONAL* UMIDIFICADOR, ADICIONAL 1 TRAQUEIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 66.091,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 66.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - VENTILADOR NÃO INVASIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.380.517/0001-59	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 66.000,0000	R\$ 66.000,0000	05/05/2021 15:17:16

Marca: Takaoka

Fabricante: KTK INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO D

Modelo / Versão: Carmel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador pulmonar eletrônico adulto, pediátrico e neonatal microprocessado pulmonar servo controlado gerenciado por software para pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com diversas síndromes e patologias respiratórias, e para o suporte ventilatório nos diversos ambientes hospitalares. Sistema de monitoração com tela de tamanho mínimo de 12 polegadas integrada, com interface amigável, sensível ao toque para ajustes rápidos, com apresentação mínima de 20 valores numéricos simultâneos. Apresentação gráfica e loops com diferenciação das cores nas fases inspiratórias e expiratórias e apresentação diferenciada das cores nos ciclos espontâneos e mandatórios. Apresentação simultânea e em tempo real das três curvas de Pressão x Tempo, Fluxo x Tempo, e Volume x Tempo e ao menos um Loop de Pressão x Volume. Com a possibilidade de congelamento da imagem, loop referencial e com gravação de no mínimo seis loops para efeito de comparação. Tendência mínima de 20 parâmetros das últimas 72 horas de ventilação com apresentação gráfica e numérica. Sistema para espera da ventilação (Standby). Monitorização mínima dos seguintes parâmetros: Pressão máxima Inspiratória-Pico, Pressão Média das Vias Aéreas, Pressão de Platô, Auto-peep, Complacência estática, Trabalho respiratório imposto, constante de tempo expiratório, TI/Tot, P0,1., PiMax, P0.1/PiMax, Resistência Inspiratória e Expiratória, Volume Corrente Inspiratório, Expiratório e Espontâneo, Volume Minuto, Vazamento, Pico de Fluxo Inspiratório e Expiratório, FIO2. Recursos mínimos: Ventilação controlada à Volume e Pressão, Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada (SIMV), Ventilação por Pressão de Suporte (PSV), Ventilação Controlada à Volume e Regulada à Pressão (PRVC) em SIMV e Controlada, Ventilação manual. Modo APRV, bifásico, ou similar, neste modo o ventilador deve permitir que o paciente respire em dois níveis pressóricos pré-definidos com ou sem a associação da pressão de suporte, sendo essa PSV ajustável nos dois níveis de pressão, sendo tais ajustes de PSV selecionáveis de forma individual. Ventilação com pressão positiva não invasiva com compensação de vazamentos mínima de 60 lpm. Modalidade para ventilação não invasiva de alto fluxo (HiFlow2) com ajuste mínimo de fluxo na escala de 2 a 60lpm. Ventilação não invasiva específica para Neonatologia NCPAP. Back-up de apneia com seleção de ventilação à volume e pressão. Seleção da forma de onda quadrada ou

desacelerada em VCV. Opção de ciclagem por fluxo e tempo em pressão de suporte, com possibilidade de ajuste da % da queda do pico de fluxo de 1 a 80% no mínimo. Ajuste da velocidade de entrada do fluxo nos modos pressóricos (Rise Time). Recurso para a compensação automática da resistência imposta pelo tubo (ATC, CT, AAC). Disparo por fluxo e pressão. Ventilação manual. Nebulizador integrado no aparelho sincronizado com a fase inspiratória com compensação de fluxo e volume de tal forma que o nebulizador não altere o volume corrente entregue. Pausa inspiratória e expiratória. Botão de oferta de 100% de FiO2 com silenciador e reativação automática de alarmes para procedimentos de aspiração. Avaliação da força muscular, através de botão dedicado, e apresentação na tela dos valores bem como avaliação da pressão de oclusão nos 100 ms (P01). Medida da auto-peep através de pausa expiratória. Complacência estática através da pausa inspiratória e apresentação da pressão de platô. Fonte própria integrada de ar. Possuir no mínimo os seguintes controles: Volume corrente ajustável de 5 a 2500ml, Frequência respiratória de 2 a 120 rpm, Pressão Inspiratória de 01 a 90 cmH2O, Fluxo de pico espontâneo mínimo de 180 lpm e ajustável de no mínimo 120 lpm, Tempo inspiratório de 0,2 a 10 segundos, Pressão de suporte ajustável de 01 a 70 cmH2O, PEEP de 0 a 50 cmH2O, Disparo por fluxo de 1 a 10 lpm e pressão de 1 a 10 cmH2O; Concentração de oxigênio de 21 a 100%. Pausa inspiratória e expiratória manual. Possibilidade de expansão futura para capnografia com alarmes e capnograma no ventilador. Alarmes mínimos/avisos: Alta e baixa pressão de pico, Alto e baixo volume minuto, Alto e baixo volume corrente exalado, alta e baixa frequência respiratória, Alto e baixa PEEP, Alto Volume Corrente Inspirado, Intervalo de apnéia, Alta e baixa FIO2, Desconexão, Bateria fraca. Alimentação elétrica/pneumática: 110/220 v, 50/60 Hz. Bateria interna com autonomia de 4 horas para alimentar todo o conjunto. Acompanha: (01) Umidificador aquecido 110/220 v, com controle eletrônico da temperatura, com visor digital com indicação numérica da medida da temperatura, que permita a utilização em pacientes ventilados invasivamente (intubados) e não- invasivamente (máscara); (01) pedestal; (01) braço articulado, e todos acessórios para o perfeito funcionamento MODELO: CARMEL MARCA: TAKAOKA FABRICANTE: KTK INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL RMS: 10229820091 PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) mes
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 66.000,0000	23.380.517/0001-59	06/05/2021 08:30:09:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/05/2021 08:33:07	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	06/05/2021 08:50:14	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/05/2021 09:00:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	06/05/2021 09:04:18	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/05/2021 09:04:18	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	06/05/2021 09:18:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 66.000,0000.
Habilitação de fornecedor	06/05/2021 09:18:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/05/2021 08:30:09	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:05 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	06/05/2021 08:31:31	Bom dia a todos. Vamos iniciar a fase de análise das propostas referente ao pregão 18/2021
Pregoeiro	06/05/2021 08:45:27	Dentro de 5 minutos vamos começar a fase de lances.
Sistema	06/05/2021 08:50:12	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/05/2021 08:50:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/05/2021 08:59:09	Conseguimos fechar em R\$65.000,00?
Sistema	06/05/2021 09:00:23	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	06/05/2021 09:04:18	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/05/2021 09:04:36	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Sistema	06/05/2021 09:18:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/05/2021 09:18:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/05/2021 às 09:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	06/05/2021 08:30:09	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	06/05/2021 08:50:12	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	06/05/2021 09:04:36	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/05/2021 09:18:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/05/2021 09:18:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/05/2021 às 09:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:46 horas do dia 06 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LEONARDO BEUMER CARDOSO
Pregoeiro Oficial

ANTONIA APARECIDA DE ABREU
Equipe de Apoio

JAQUELINE MARCATO GOMES
Equipe de Apoio

LUIZ CARLOS DE MORAIS
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

