

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: Pregão N° 9/2016

Aos 01/03/2016, as 08:00, no Edifício da PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, com endereço a Praça Caramuru, 150, nesta cidade, reuniu-se a Comissão De Pregão da Municipalidade com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Pregão, N° 9/2016, que tem por objeto AQUISIÇÃO FRACIONADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Iniciando os trabalhos verificou-se a presença dos proponentes

| | | |
|--|---|---|
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA 14.918.622/0001-08 RUA DEMÉTRIO SANTOS MOREIRA, 410 - CEP: 86800-730 BAIRRO: VILA SÃO JOSÉ CIDADE/UF: APUCARANA/PR | A. D. DAMINELLI – ME 10.749.758/0001-80 AV. DEP. HEITOR ALENCAR FURTADO, 6940 - CEP: 87706- 000 - BAIRRO: JARDIM SANTOS DUMONT CIDADE/UF: PARANAÍ/PR | PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA 44.239.382/0001-86 AV. JACOB JORGE ABI RACHED, 171 - III - CEP: 14806-610 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE/UF: ARARAQUARA/SP |
|--|---|---|

Foi decidida a abertura dos envelopes contendo a proposta exigida no Processo, que após receber as rubricas autenticatórias pertinentes, ficou constatada a não desclassificação de nenhuma das proponentes e, a renúncia expressa dos licitantes participantes do direito de recurso desta fase. Após a fase de lances, passou-se a abertura dos envelopes contendo a documentação exigida de cada uma das empresas consideradas habilitadas neste procedimento, dando-se conhecimento aos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que eram rubricadas. Ao exame dos documentos, constatou-se novamente a não desclassificação de nenhum dos licitantes participantes e, a renúncia expressa do direito de recurso desta fase. Diante dos elementos constantes dos documentos, atendendo-se aos critérios de interesse público neste Processo de Licitação, esta Comissão por decisão unânime de seus Membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração, julgou esta licitação pela classificação:

| PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------------|---------|------------|----------|-------------|
| Lote | Item | Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 2 | 1 | AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (75 A 150 LITROS) EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 90 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA E DISPLAY EM LCD E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS | LUFERCO MODELO 39205 | UNID | 1 | 49800,00 | 49800,00 |

| | | <p>EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM VEDAÇÃO POR GUARNIÇÃO DE SILICONE. SISTEMA HIDRÁULICO (TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTI-CORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL; POSSUIR BOMBA DE VÁCUO TIPO ANEL LÍQUIDO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR). SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RÚIDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTOS, NO MÍNIMO: 02 (DOIS) CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 1 (UM) CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 01 (UM) SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE, 1 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.</p> | | | | | |
|---------------------------------|------|--|------------------------------|---------|------------|---------|-------------|
| TOTAL | | | | | | | 49800,00 |
| A. D. DAMINELLI - ME | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 3 | 1 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL DE 04 A 06 LITROS, FRASCO EM VIDRO, COM SUPORTE COM RODÍZIOS, PEDAL DE ACIONAMENTO E VÁLVULA DE SEGURANÇA | INALAMED | UNID | 1 | 3420,00 | 3420,00 |
| TOTAL | | | | | | | 3420,00 |
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 5 | 1 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO), COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA E 03 SENSORES DE SpO2 | IMFTEC MODELO IMFTEC F | UNID | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2000,00 |

Tendo em vista que estavam presentes a esta sessão todos os prepostos das proponentes, da-se como feita a intimação do ato de

juízo das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, abrindo se o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada Mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelos Representantes das proponentes.

INDIANÓPOLIS/PR, 01/03/2016

LEONARDO BEUMER CARDOSO

PREGOEIRO

DIEISON NIQUELSON FERNANDES GONÇALVES: _____

JOÃO FERRAREZI: _____

LUIZ CARLOS DE MORAIS: _____

ROZELENE DE SOUZA TREVIZAM: _____

ROBERVAL MONTOYA QUILES: _____

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA: _____

A. D. DAMINELLI – ME: _____

PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA: _____