



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2020

Trata o presente de retificação ao edital de Pregão Eletrônico 020/2020. No Anexo I do edital supra, informo o que se segue:

1) No lote 179 do Anexo I, onde lê-se:

Detector fetal de mesa sonar digital • Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; • Modelo de mesa; • Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente; • Display numérico digital; • Led indicadora de equipamento ligado; • Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto; • Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume; • Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo; • Filtro minimizador de interferências durante a utilização; • Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana; • Alta sensibilidade para ausculta coletiva; • Saída para fone de ouvido ou gravador de som; • Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual; • Ciclagem de 6.000 a 60.000; • Frequência de 2,0 a 2,25 MHz; • Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete; • Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah; • LED indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato; • Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz; • Acompanha frasco de gel para contato;

Lê-se:

Detector fetal de mesa sonar digital • modelo de mesa • ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som • Gabinete confeccionado por material resistente • ausculta fetal a partir da 10ª semana. • Display digital para indicação numérica do batimento cardíaco fetal de 50 a 240 bpm. • Saída fone de ouvido ou gravador de som. • Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. • Frequência mínima de 2,0 Mhz. • Transdutor



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

de alta sensibilidade. • Suporte para transdutor. • Filtro minimizador de interferência durante a utilização. • Botão liga/desliga com regulagem de volume. • Alimentação através de bateria interna recarregável. • Alimentação bivolt automático 50/60hz. • Acompanha carregador.

Devido a alteração, fica a data de abertura da licitação alterada para o dia 22 de maio de 2020, às 08h30min, na plataforma BLL.

Indianópolis, Paraná, em 06 de maio de 2020.

LEONARDO BEUMER CARDOSO

PREGOEIRO