

MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS  
INDIANÓPOLIS-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024  
Processo Administrativo Nº 005/2024  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO  
Data de Publicação: 19/02/2024 11:12:18

TOTAL DO PROCESSO: **65.900,00**

**MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAAO DE ARTIGOS 07.776.581/0001-05 65.900,00**  
**LABORATORIAIS LTDA EPP**

**LOTE 1 Quant.: 1 Num: 002 Lance: 65.900,00 Total: 65.900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SINNOWA Modelo: SX160

Descrição: Analisador automático bioquímico com velocidade de pipetagem de no mínimo 200 testes fotométricos por hora ou mais; mínimo de 40 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; bandeja com no mínimo 40 posições para tubos primários ou cubetas; com sistema automático que lave e seque as cubetas utilizadas; deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras ou de falta de reagentes; deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento; permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; possuir filtros para amostras; possuir filtros de onda com, pelo menos, 7 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range entre 340 até 800 nm; sistema aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo, 100 programações ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; acessórios: CPU (computador operacional); monitor; mouse e teclado adequados ao modelo, todos em comércio vigente. Registro vigente junto à ANVISA/MS.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 98.600,00 **Valor Unit.: 65.900,00** Total Item: 65.900,00

PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO